

 BIOMEDICAL TECH SOLUTIONS		ÁREA DE AUDITORÍA	BIOMEDICAL TECH SOLUTIONS	
Código:	Versión: 1.0	Checklist de inspección para equipos médico-estéticos	Fecha: 10/07/2026	Página 1

Checklist: ¿Tu equipo médico estético necesita mantenimiento preventivo?

Marca las opciones que correspondan.

- ☐ Hace más de 12 meses no recibe mantenimiento.
- ☐ Ha disminuido su rendimiento.
- ☐ Presenta ruidos inusuales.
- ☐ Se calienta más de lo habitual.
- ☐ Nunca has recibido un informe técnico.
- ☐ No tienes hoja de vida del equipo.
- ☐ No recuerdas cuándo fue la última revisión.
- ☐ El equipo trabaja muchas horas al día.
- ☐ Nunca se ha inspeccionado internamente.
- ☐ Presenta mensajes de error ocasionales.

Resultado

0–2 respuestas afirmativas

→ Mantén el seguimiento periódico y continúa con las recomendaciones del fabricante.

3–5 respuestas afirmativas

→ Es recomendable programar una revisión preventiva para identificar posibles anomalías.



317-574-7705



biomedical_techs



BIOMEDICAL TECH SOLUTIONS
Ingeniería al servicio de la biomédica

 BIOMEDICAL TECH SOLUTIONS		ÁREA DE AUDITORÍA	BIOMEDICAL TECH SOLUTIONS	
Código:	Versión: 1.0	Checklist de inspección para equipos médico-estéticos	Fecha: 10/07/2026	Página 2

Más de 5 respuestas afirmativas

→ El equipo podría requerir una evaluación técnica más detallada para determinar su estado y prevenir fallas mayores.



317-574-7705



biomedical_techs



BIOMEDICAL TECH SOLUTIONS
Ingeniería al servicio de la biomédica